

<b>Warnvermerk / Warning notice</b>	DIN EN ISO 10555-1:2024-03
<b>Datum / Date</b>	2025-07-31
<p><b><i>Intravaskuläre Katheter — Sterile Katheter zur einmaligen Verwendung — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (ISO 10555-1:2023); Deutsche Fassung EN ISO 10555-1:2023</i></b></p> <p><b><i>Intravascular catheters — Sterile and single-use catheters — Part 1: General requirements (ISO 10555-1:2023); German version EN ISO 10555-1:2023</i></b></p> <p><b><i>Cathéters intravasculaires — Cathéters stériles et non réutilisables — Partie 1: Exigences générales (ISO 10555-1:2023); Version allemande EN ISO 10555-1:2023</i></b></p> <p><b>In der deutschen Fassung der DIN EN ISO 10555-1:2024-03 wurde folgender Fehler erkannt:</b></p> <p>In 6.1 muss in der Aufzählung der 2. Spiegelstrich „für Innendurchmesser French-Maßstab“ ersetzt werden durch „für Innendurchmesser Inch (Zoll)“.</p> <p><b>In the German version of DIN EN ISO 10555-1:2024-03 the following error has been noted:</b></p> <p>In 6.1, the 2nd indent in the list must be "for inside diameter: French" must be correctly replaced by "for inside diameter: inches".</p> <p><b>HINWEIS:</b> Wir weisen darauf hin, dass der vorliegende Fehler negative Auswirkungen haben kann. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den Sachverhalt bei der Anwendung der Norm angemessen zu berücksichtigen, um einen etwaigen Schaden zu vermeiden.</p> <p><b>Bitte prüfen Sie unverzüglich, ob und inwieweit in Ihrem Fall eine Schadengefahr besteht und reagieren Sie entsprechend. Falls Sie das Dokument selbst nicht anwenden, jedoch den/die betroffenen Anwender kennen, leiten Sie diesen Warnvermerk unverzüglich an den/die Anwender weiter.</b></p> <p><b>INFORMATION:</b> Please note that this error can have negative implications. When applying the standard, it is the user's responsibility to take due account of this warning notice in order to avert potential damage.</p> <p><b>Please check without delay whether, and to what extent, there is a risk of damage in your case, and take the necessary action. If you do not apply the document yourself but are aware of any users who may be affected, please forward this warning notice on to them without delay.</b></p>	

- Leerseite -